

Bố Trạch, ngày 26 tháng 12 năm 2024

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Các Công ty thẩm định giá.

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch đang có nhu cầu mua phim X Quang và vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Nay thông báo đến các công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm thẩm định giá đáp ứng yêu cầu tham gia gửi hồ sơ năng lực kinh nghiệm thẩm định giá đến bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch

- Thời gian nhận hồ sơ năng lực kinh nghiệm: Từ ngày 26 tháng 12 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2024.

Kính mời nhà thầu quan tâm và đủ điều kiện gửi hồ sơ đáp ứng thẩm định giá đến Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (Trong giờ hành chính). Địa chỉ: Tổ dân phố 5 – thị trấn Hoàn Lão – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà: Nguyễn Hải Sâm - Cán bộ phòng KHTH, Số điện thoại: 0988.688.242.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tất Thắng

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời số: 3101/TM-BVĐK ngày 26 tháng 12 năm 2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
1	Phim X-quang nhiệt (DI-HT) kích thước 20x25 cm	Kích thước 20x25cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim Fujifilm nhiệt Drypix 2000. - Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim, lớp nhạy nhiệt, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, mật độ quang tối đa: 3,6. - Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 85% polyvinyl alcohol; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170 μm; lớp nhạy nhiệt: 13% polyvinyl alcohol và 64% thermal sensitive microcapsule; lớp bảo vệ phía dưới: 70% polyvinyl alcohol. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và EC	Tờ	33.000
2	Kìm sinh thiết bán tự động kèm kìm đồng trục	Kìm sinh thiết bán tự động lấy mẫu từ mô mềm và các tạng (vú, gan, phổi, thận...) * 2 độ sâu lấy mẫu lựa chọn: 10mm-20mm * Độ sâu thâm nhập: Với độ sâu lấy mẫu 10mm thì độ sâu thâm nhập = 11mm; Với độ sâu lấy mẫu 20mm thì độ sâu thâm nhập = 22mm * Thiết kế đầu kìm tăng âm, không gây tổn thương, tay cầm gọn nhẹ, các cỡ được mã hóa bằng màu sắc. Mũi kìm vát 25° * Kích cỡ: 14G-16G-18G-20G, chiều dài kìm: 9 – 10 – 12 – 15 – 16 – 20 – 25cm * Chất liệu: - Thân kìm: thép không gỉ 304, - Đầu kết nối: Acetal, - Lò xo: thép không gỉ AISI 302 - Vỏ bảo vệ: LDPE - Tay cầm: PC * Vạch đánh dấu độ sâu cm trên thân, bắt đầu từ 2cm và cách nhau mỗi 1cm * Tiệt trùng bằng EO * Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE và FDA.	Cái	10

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
3	Chỉ Dafilon 6/0	- Chất liệu: Nylon/polyamide, số 6/0, đơn sợi, chỉ dài 45cm. - Kim tam giác 1/2 vòng tròn đầu kim cắt ngược - Kim làm bằng thép không gỉ, chất lượng cao	Liếp	30
4	Chỉ Dafilon 10/0	- Chất liệu: Nylon/polyamide, số 10/0, đơn sợi, chỉ dài ≥ 30cm. - Kim tròn 3/8 thân hình thang micro, . - Kim làm bằng thép không gỉ, chất lượng cao	Liếp	30
	Tổng cộng: 04 khoản			