

Số: 1729/QĐ-BVĐK

Hoàn Lão, ngày 05 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán bảo trì, bảo dưỡng: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt, 16 dãy đầu thu của khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BỐ TRẠCH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số: 77/QĐ-BVĐK ngày 08/01/2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch về việc phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách Nhà Nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND Tỉnh Quảng Trị về việc thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị;

Theo Tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán bảo trì, bảo dưỡng: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt, 16 dãy đầu thu của khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán bảo trì, bảo dưỡng: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt, 16 dãy đầu thu của khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế; Trưởng các khoa, phòng có liên quan thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Bố Trạch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tất Thắng

PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG: BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 16 LÁT CẮT, 16 DÂY ĐẦU THU CỦA KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG
(Kèm theo Quyết định số: 1729/QĐ-BVĐK ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồ Trạch)

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện đa khoa khu vực Bồ Trạch	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt, 16 dây đầu thu của khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt, 16 dây đầu thu của khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng	89.400.000 đồng	Nguồn thu hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị.	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2025	Hợp đồng trọn gói	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không đề xuất
		Tổng giá gói thầu:		89.400.000 đồng								

(Kèm theo phụ lục: Danh mục hàng hóa thuộc gói thầu)

PHỤ LỤC 2
PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC GÓI THẦU
(Kèm theo Quyết định số: 1729/QĐ-BVĐK ngày 05 tháng 12 năm 2025
của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồ Trách)

ST T	Danh mục dịch vụ	Nội dung	Khối lượng	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt, 16 dãy đầu thu Model: Access CT Hãng sx: Philips Nước sx: Trung Quốc	<p>1. Số lần bảo dưỡng: 02 lần/năm</p> <p>2. Bảo trì theo công việc cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kiểm tra toàn bộ hệ thống bằng quan sát ● Kiểm tra hệ thống báo lỗi các thông tin lỗi được ghi nhận trong quá trình sử dụng ● Kiểm tra hệ thống Gantry, hiệu chỉnh và vệ sinh <ul style="list-style-type: none"> + Vệ sinh bên ngoài gantry + Vệ sinh bên trong gantry + Vệ sinh hệ thống phin lọc bụi. + Kiểm tra hệ thống cáp điện sau thời gian sử dụng + Kiểm tra hệ thống bóng phát tia. + Kiểm tra hệ thống trao đổi nhiệt. + Kiểm tra hệ thống kéo rotor Gantry + Kiểm tra hệ thống chuẩn trục trùm tia (Collimator) + Kiểm tra, vệ sinh, tra dầu mỡ hệ thống quạt làm mát, thông gió bên trong và bên ngoài Gantry. + Kiểm tra hệ thống định vị Laser ● Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống Slipring <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra bằng mắt thường. + Vệ sinh vòng trượt (Slipring) + Vệ sinh khối Truyền tải điện tín hiệu(Brush block) + Tra dầu chuyên dụng cho hệ thống slipring và bush block ● Kiểm tra vệ sinh hệ thống 	01	Hệ thống	89.400.000	89.400.000

NH
 H V
 KHC
 U V
 TRẠC

ST T	Danh mục dịch vụ	Nội dung	Khối lượng	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		<p>quang học và laser</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kiểm tra bằng mắt thường + Vệ sinh hiệu chỉnh hệ thống đèn laser quang học (nếu có) + Hiệu chỉnh chùm laser. ● Kiểm tra vệ sinh tra dầu mỡ hệ thống bàn bệnh nhân. + Vệ sinh hệ thống bàn + Kiểm tra hệ thống bàn bao gồm hệ thống chuyển động cơ khí. + Kiểm tra hệ thống cấp điện. + Kiểm tra hệ thống nâng hạ bàn. + Kiểm tra hệ thống chuyển động bàn ra vào + Kiểm tra hệ thống giám sát giới hạn hành trình, cảm biết vị trí + Kiểm tra hệ thống đo tốc độ, + Kiểm tra dây truyền lực kéo bàn + Kiểm tra hệ thống phanh cho chuyển động lên xuống và chuyển động vào ra. + Tra dầu mỡ các chi tiết chuyển động và cơ khí + Kiểm tra các chức năng chuyển động. + Kiểm tra tín hiệu điện như nguồn điện cung cấp, các chức năng phanh và nhả phanh bàn. ● Kiểm tra, bảo dưỡng và vệ sinh bàn điều khiển + Kiểm tra vệ sinh hệ thống máy trạm làm việc và máy tính trạm điều khiển. + Kiểm tra màn hình, bàn phím chuột + Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống làm mát cho server + Cung cấp và bổ xung tản nhiệt cho vi xử lý. + Kiểm tra các chức năng quạt làm mát + Kiểm tra chức năng ổ cứng 				



ST T	Danh mục dịch vụ	Nội dung	Khối lượng	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		bảng phần mềm chuyên dụng như thời gian hoạt động, nhiệt độ, sức khỏe ổ cứng, bề mặt				
	Tổng cộng: 01 khoản					89.400.000

Bằng chữ: Tám mươi chín triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn.

(Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí nhân công vật tư bảo dưỡng)